

令和 7 年度環境省水道水質検査精度管理のための統一試料調査への参加結果

1. 対象項目

無機物：塩化物イオン

有機物：シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

2. 参加機関

4 2 7 機関（登録水質検査機関 2 0 2 機関、水道事業者等 1 6 9 機関、衛生研究所等 5 6 機関）

3. 結果

徳島市上下水道局は、「第 1 群」と評価されました。

※環境省による評価の分類

第 1 群： 統一試料の測定結果が統計分析で良好と判定され、かつ水質検査の実施体制に疑義がないと判断された機関

第 2 群： 統一試料の測定結果が統計分析で良好と判定されたものの、検査方法告示からの逸脱等、水質検査の実施体制に疑義があると判断された機関

要改善： 統一試料の測定結果が統計分析において不良と判定された機関

令和 7 年度徳島県水道水質検査外部精度管理への参加結果

1. 対象項目

水銀及びその化合物

フッ素及びその化合物

2. 参加機関

6 機関

3. 結果

徳島市上下水道局は、測定値が中央値の± 1 0 %の範囲内であり、良好な結果でした。